


进口产品专家论证意见

申请单位	河南科技大学第一附属医院
采购项目名称	河南科技大学第一附属医院东芝 320CT 球管采购项目
采购项目金额	142 万元
拟采购进口产品名称及金额	东芝 320CT 球管 1 只
申请理由：1. 中国境内无法获取 (<input checked="" type="checkbox"/>) 2. 无法以合理的商业条件获取 (<input type="checkbox"/>) 3. 其他： (<input type="checkbox"/>)	
采购单位阐述原因： 我单位拟采购东芝 320CT 球管 1 套, 为我院东芝 320CT 专用配件。设备现用球管更换于 2017 年, 目前曝光次数已达 130 万次, 即将达到使用期限。 该备件国内无替代产品。因此, 申请采购该进口设备。	
专家论证意见：(不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议) <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 20px;"> 该产品为东芝 320CT 专用配件, 国内无替代产品, 故同意采购。 </div>	
专家签字：	<div style="text-align: center; font-size: 1.5em;">  </div>
	2021 年 9 月 20 日