

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州大学第五附属医院
拟采购产品名称	综合物理治疗仪采购
拟采购产品金额	20 万元
采购项目所属项目名称	郑州大学第五附属医院综合物理治疗仪采购项目
采购项目所属项目金额	20 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取：

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：

☒ 3. 其他。

原因阐述：

国产综合物理治疗仪起步较晚，在临床上：

1. 分为单独的电疗治疗设备和超声治疗设备。治疗效果单一，无法满足同时组合治疗效果。
2. 国产电疗大多用于治疗，且波形大多是优选的疏密波，等幅波，幅度调制波，可选有限。
3. 国产超声波治疗仪大多是单超声，在操作是只能进行单一的连续式或脉冲式操作。

进口综合物理治疗仪

1. 可一机多用，可编写程序个性化治疗。内置百科全书，可根据不同的临床表现选择相应的治疗处方。涵盖市场几十种物理治疗设备的功能。每个治疗模块可单独设置治疗参数，电疗+超声组合设计，治疗效果远大于单独的电疗和超声治疗。
2. 电疗模块具有电诊断功能，包含多种电流波形（中、低频），可选配低频高压治疗。
3. 超声模块具有双频设计，支持水下治疗；在 10-150Hz 频率范围内进行连续式和脉冲式操作。

三、专家论证意见

专家意见：

所采购产品不属于国家有禁止进口的限制类和禁止进口的范围 符合有关法律和政策的规范。

专家签字：李卫

2021 年 2 月 21 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州大学第五附属医院
拟采购产品名称	综合物理治疗仪采购
拟采购产品金额	20 万元
采购项目所属项目名称	郑州大学第五附属医院综合物理治疗仪采购项目
采购项目所属项目金额	20 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取：

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：

☒ 3. 其他。

原因阐述：

国产综合物理治疗仪起步较晚，在临床上：

1. 分为单独的电疗治疗设备和超声治疗设备。治疗效果单一，无法满足同时组合治疗效果。
2. 国产电疗大多用于治疗，且波形大多是优选的疏密波，等幅波，幅度调制波，可选有限。
3. 国产超声波治疗仪大多是单超声，在操作是只能进行单一的连续式或脉冲式操作。

进口综合物理治疗仪

1. 可一机多用，可编写程序个性化治疗。内置百科全书，可根据不同的临床表现选择相应的治疗处方。涵盖市场几十种物理治疗设备的功能。每个治疗模块可单独设置治疗参数，电疗+超声组合设计，治疗效果远大于单独的电疗和超声治疗。
2. 电疗模块具有电诊断功能，包含多种电流波形（中、低频），可选配低频高压治疗。
3. 超声模块具有双频设计，支持水下治疗；在 10-150Hz 频率范围内进行连续式和脉冲式操作。

三、专家论证意见

专家意见：

用户单位使用要求较高，工作具有一些特色要求，功能和各项参数需求特殊。为了更好的完成工作，满足要求，拟同意采购进口产品。

专家签字： 乐凯

2021 年 2 月 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州大学第五附属医院
拟采购产品名称	综合物理治疗仪采购
拟采购产品金额	20 万元
采购项目所属项目名称	郑州大学第五附属医院综合物理治疗仪采购项目
采购项目所属项目金额	20 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取：

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：

☒ 3. 其他。

原因阐述：

国产综合物理治疗仪起步较晚，在临床上：

1. 分为单独的电疗治疗设备和超声治疗设备。治疗效果单一，无法满足同时组合治疗效果。
2. 国产电疗大多用于治疗，且波形大多是优选的疏密波，等幅波，幅度调制波，可选有限。
3. 国产超声波治疗仪大多是单超声，在操作是只能进行单一的连续式或脉冲式操作。

进口综合物理治疗仪

1. 可一机多用，可编写程序个性化治疗。内置百科全书，可根据不同的临床表现选择相应的治疗处方。涵盖市场几十种物理治疗设备的功能。每个治疗模块可单独设置治疗参数，电疗+超声组合设计，治疗效果远大于单独的电疗和超声治疗。
2. 电疗模块具有电诊断功能，包含多种电流波形（中、低频），可选配低频高压治疗。
3. 超声模块具有双频设计，支持水下治疗；在 10-150Hz 频率范围内进行连续式和脉冲式操作。

三、专家论证意见

专家意见：

同意进口采购

专家签字：



2021 年 2 月 23 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州大学第五附属医院
拟采购产品名称	综合物理治疗仪采购
拟采购产品金额	20 万元
采购项目所属项目名称	郑州大学第五附属医院综合物理治疗仪采购项目
采购项目所属项目金额	20 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取：

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：

☒ 3. 其他。

原因阐述：

国产综合物理治疗仪起步较晚，在临床上：

1. 分为单独的电疗治疗设备和超声治疗设备。治疗效果单一，无法满足同时组合治疗效果。
2. 国产电疗大多用于治疗，且波形大多是优选的疏密波，等幅波，幅度调制波，可选有限。
3. 国产超声波治疗仪大多是单超声，在操作是只能进行单一的连续式或脉冲式操作。

进口综合物理治疗仪

1. 可一机多用，可编写程序个性化治疗。内置百科全书，可根据不同的临床表现选择相应的治疗处方。涵盖市场几十种物理治疗设备的功能。每个治疗模块可单独设置治疗参数，电疗+超声组合设计，治疗效果远大于单独的电疗和超声治疗。
2. 电疗模块具有电诊断功能，包含多种电流波形（中、低频），可选配低频高压治疗。
3. 超声模块具有双频设计，支持水下治疗；在 10-150Hz 频率范围内进行连续式和脉冲式操作。

三、专家论证意见

专家意见：

用同法在绿色选择。频率范围控制。且成本不低。
 不能做到精准。故可。且略低。五。而足。低。病人个
 体化治疗。用同法。可。可。可。专家签字： 

2021 年 2 月 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	郑州大学第五附属医院
拟采购产品名称	综合物理治疗仪采购
拟采购产品金额	20 万元
采购项目所属项目名称	郑州大学第五附属医院综合物理治疗仪采购项目
采购项目所属项目金额	20 万元

二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取：

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：

☒ 3. 其他。

原因阐述：

国产综合物理治疗仪起步较晚，在临床上：

1. 分为单独的电疗治疗设备和超声治疗设备。治疗效果单一，无法满足同时组合治疗效果。
2. 国产电疗大多用于治疗，且波形大多是优选的疏密波，等幅波，幅度调制波，可选有限。
3. 国产超声波治疗仪大多是单超声，在操作是只能进行单一的连续式或脉冲式操作。

进口综合物理治疗仪

1. 可一机多用，可编写程序个性化治疗。内置百科全书，可根据不同的临床表现选择相应的治疗处方。涵盖市场几十种物理治疗设备的功能。每个治疗模块可单独设置治疗参数，电疗+超声组合设计，治疗效果远大于单独的电疗和超声治疗。
2. 电疗模块具有电诊断功能，包含多种电流波形（中、低频），可选配低频高压治疗。
3. 超声模块具有双频设计，支持水下治疗；在 10-150Hz 频率范围内进行连续式和脉冲式操作。

三、专家论证意见

专家意见：

综合物理治疗仪，国产设备起步较晚，治疗效果不理想，稳定性较差，且耐用性不如进口品牌，且价格不菲。因此建议进口。

专家签字：

2021 年 2 月 23 日