

手术显微镜招标参数

1. 基本要求 :用于外科手术，原装进口，1 个主刀镜 1 个助手镜
2. 主刀镜：角度 $\geq 0^{\circ} \sim 150^{\circ}$ ，放大倍率 ≥ 10 倍广角目镜。
3. 高度复消色差透镜。高保真色彩。
4. 变倍比：6:1 变倍，最小放大倍数： ≤ 2.0 倍，最大放大倍数： ≥ 12 倍，电动调节，并有手动调焦。
5. 分光器 50：50，以保证主目镜最佳的光学效果。
6. 主刀镜焦距调节：最小焦距 $\leq 210\text{mm}$ ，最大焦距： $\geq 415\text{mm}$ 。
7. 多功能手柄控制：变倍、变焦、电磁锁。
8. 屈光调节：最小调节 $\leq -5\text{D}$ ，最大调节 $\geq 5\text{D}$ 。
9. 支架部分：电磁锁控制系统：所有关节均有电磁控制。
10. 平衡系统：电磁锁式太空平衡支架系统调节，无需手动调节平衡臂。
11. 支架最大高度： $\geq 1800\text{mm}$ ；最大水平臂展： $\geq 1200\text{mm}$ ；底座带万向和刹车，移动方便
12. 具有开机自动检测、智能诊断和故障报警功能。
13. 液晶数字式显示屏：可存储个性参数设计、速度调节、平衡调节、亮度调节等，具有自我诊断系统。
- 14 光源：光纤导光，同轴照明。
15. 主光源： $\geq 180\text{W}$ 氙灯；备用光源： $\geq 150\text{W}$ 氙灯或卤素灯，术中可随意快速切换。
- (选配) 18. 摄像系统：
进口高清摄像头： $\geq 1080\text{P}$
多媒体高清数码工作站
原厂原装摄像接口